Application

GC Application No. 107

Grob Test

Sample: Grob Test

Column: FS-Supreme-5ms
50 m x 0,25 mm ID, df 0,25 µm
P/N: 225451

GC Conditions:

Oven:	80 °C, 8 °C/min -> 280°C
Pressure / Carrier gas:	1 bar N2
Detector:	FID 340°C



Peaks:

1. 2,3-butandiol
2. n-decane
3. n-undecane
4. n-octanol
5. 2-ethylhexanoic acid
6. nonanal
7. 2,6-dimethylphenol
8. 2,6-dimethylaniline
9. decanoic acid methyl ester
10. undecanoic acid methyl ester
11. dicyclohexylamine
12. dodecanoic acid methyl ester

CS - Chromatographie Service GmbH, Am Parir 27, 52379 Langerwehe/Germany
Phone: +49 2423 / 40493-0 · E-Mail: info@cs-chromatographie.de