Applikation

GC-Applikation Nr. 107

Grobtest

Probe: Grobtest

Säule: FS-Supreme-5ms
50 m x 0,25 mm ID, df 0,25 µm
Art.-Nr.: 225451

GC-Bedingungen:

Ofen:	80 °C, 8 °C/min -> 280°C
Druck / Trägergas:	1 bar N2
Detektor:	FID 340°C



Peaks:

1. 2,3-Butandiol
2. n-Decan
3. n-Undecan
4. n-Octanol
5. 2-Ethylhexansäure
6. Nonanal
7. 2,6-Dimethylphenol
8. 2,6-Dimethylanilin
9. Decansäuremethylester
10. Undecansäuremethylester
11. Dicyclohexylamin
12. Dodecansäuremethylester

CS - Chromatographie Service GmbH, Am Parir 27, 52379 Langerwehe
Telefon: +49 2423 / 40493-0 · E-Mail: info@cs-chromatographie.de