Applikation

GC-Applikation Nr. 126

Alkane in CS2

Probe: Alkane in CS2

Säule: FS-Supreme-5ms
50 m x 0,32 mm ID, df 0,5 µm
Art.-Nr.: 232454

GC-Bedingungen:

Ofen:	50 °C, 5 min, 30 °C/min -> 280 °C, 5 min
Druck / Trägergas:	1,2 bar N2
Detektor:	FID 340°C



Peaks:
n-Pentan
Kohlenstoffdisulfid / n-Hexan
n-Heptan
n-Octan
n-Nonan
n-Decan
n-Undecan
n-Dodecan

CS - Chromatographie Service GmbH, Am Parir 27, 52379 Langerwehe
Telefon: +49 2423 / 40493-0 · E-Mail: info@cs-chromatographie.de