Produktinformation

Januar 2025

HPLC Multo - Phasen

Phase	Modifikationen	Porengröße	Verfügbare Partikel	Kommentar
CS-ODS 100	C18	100 Å	5µ	Günstige Standardphase
MultoHigh-U	C18, C18 AQ	120 Å	2,1µ, 1,7µ (C18)	UHPLC Phase
MultoHigh	C18, C8, Si, Phenyl, Diol, Cyano, Amino	100 Å	3µ, 5µ, 10µ	
MultoHigh-Bio	C18, C8	200 Å	5µ, 10µ	Phase f. Biomoleküle
	C4	300 Å	5µ, (10µ)	Phase f. Biomoleküle
Multospher	C18, C8, Si	100 Å	3µ, 5µ, 10µ	Standardphase
	C18, C8, Si	120 Å	3µ, 5µ, 10µ	Standardphase
	C18-AQ, C18-HP	120 Å	3µ, 5µ	Hochreine bzw. AQ Phase
	C18-FBS	100 Å	5µ	Polymer gebundene Phase für Säuren u. Basen
	PAH-III	300 Å	5µ	für Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
	PSM	100 Å	5µ	für Pestizide
MultoKrom	C18, C8, C4, Si	100 Å	3µ, 5µ, 10µ	Silica-Spezifikationen analog Kromasil
Multohyp	C18, BDS-C18	120 Å	3µ, 5µ	Silica-Spezifikationen analog Hypersil
MultoWorb	C18, C8, C6, C1, Si, Phenyl, CN, SCX, SAX, NH2	80 Å	3µ, 5µ	Silica-Spezifikationen analog Spherisorb

Hochwertige Edelstahl-Hardware.
Refill-Service verfügbar.

Vorsäulenkartuschen aus Edelstahl.
(Kompatibel mit CS-Typ Säulen von 2 – 4,6 mm)

CS - Chromatographie Service GmbH, Am Parir 27, 52379 Langerwehe
Telefon: +49 2423 / 40493-0 · E-Mail: info@cs-chromatographie.de